



UNIWERSYTET GDAŃSKI



DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postępowanie nr A120-211-128/18/SK

Gdańsk, dnia 09.08.2018 r.

L.dz. A120-1500/18/SK

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-128/18/SK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa mikrowirówki dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	27.07.2018	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 500-15000, ze skokiem 100 rpm oraz poziom hałasu poniżej 65 dB (przy prędkości 15000 rpm) ?	Odnośnie części pierwszej zapytania Zamawiający nie dopuszcza. Przygotowanie modyfikowanych powierzchniowo nanocząstek TiO2 do badań cytotoksyczności in vitro wymaga wirowania przy prędkości niższej niż 500 rpm. Odnośnie poziomu hałasu Zamawiający nie dopuszcza.
2.	27.07.2018	Czy Zamawiający dopuszcza czas rozpędzania do 15000 rpm optymalny dla zachowania maksymalnej trwałości silnika , tj. do 43 sekund (w zależności od stopnia załadowania rotora) i czas do pełnego zatrzymania od maksymalnej prędkości 15000 rpm optymalny dla wrażliwych wirowanych próbek do 43 sekund, przy spełnieniu pozostałych wymagań?	Zamawiający nie dopuszcza.
3.	27.07.2018	Czy Zamawiający dopuszcza rotor aluminiowy aerorozszczelny wyposażony w aluminiową pokrywę, bez systemu szybkiego zamykania po 1/4 obrotu i spełniający pozostałe wymagania ?	Zamawiający nie dopuszcza.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 04.09.2018r. do godz. 11:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2018r. o godz. 11:15.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

22. STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Paulina Jędrzejczyk