



UNIWERSYTET GDAŃSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Postępowanie nr A120-211-118/18/PJ

Gdańsk, dnia 13.09.2018 r.

L.dz. A120-1710/18/PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  
zestaw nr 1**

**Dotyczy:** postępowania nr A120-211-118/18/PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa mikroskopu odwróconego do obserwacji hodowli komórkowych dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 06.09.2018 r., Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy mikroskop ze stolikiem nieznacznie różniących się wymiarami: 248x212 mm?	Zamawiający dopuszcza.
2.	Czy Zamawiający dopuści mikroskop z tubusem okularowym z możliwością regulacji rozstawu źrenic w zakresie 55-75 mm?	Zamawiający nie dopuszcza.
3.	Czy Zamawiający dopuści obiektywy plan achromat o parametrach (powiększenie/apertura numeryczna/odległość robocza: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Achromat 4 x / NA = 0,10 / WD = 18 mm;</li> <li>• Plan Achromat 40x / NA = 0,50 / WD = 2mm do kontrastu fazowego?</li> </ul>	Zamawiający nie dopuszcza.

**Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 24.09.2018 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2018 r. o godz. 12:30.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

STARSZY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr Paulina Jędrzejczyk