



UNIwersytet GDAŃSKI

postępowanie nr A120-211-167/18/SS

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80 – 309 Gdańsk
L.dz. A120-2029/18/SS

Gdańsk, dnia 31.10.2018r

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-167/18/SS na dostawę zamrażarek skrzyniowych dla Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Zamawiający na podstawie art. 38 i 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania i dokonuje modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 637942-N-2018.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	18.10.2018	Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zamrażarkę skrzyniowa o poj. 598 l o wymiarach 1655x770x905 (s/g/w) z zakresem temperatur -10°C do -26°C ?	Zamawiający nie wyraża zgody na mniejszą zamrażarkę ze względu na wielkość materiału, który potencjalnie może być w niej przechowywany (dorosła foka szara)
2		czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zamrażarkę o wym 1800 x 770 x 860 (s/g/w) o zakresie temp. -18°C do -25°C ?	Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji załącznika nr 1b do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w tym zakresie.
3	19.10.2018	Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na dostawę zamrażarek skrzyniowych, produkowanych przez firmę (podana nazwa własna), na Państwa postępowanie przetargowe A120-211-167/18/SS. Mamy dwie możliwości techniczne: 1. Zamrażarka skrzyniowa (podany model) o wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych spełniających wymagane parametry, jednak z temperaturą roboczą -14°C do -22°C . 2. Zamrażarka skrzyniowa niskotemperaturowa (podany model) o temperaturze roboczej	Zamawiający nie dokonuje na tym etapie postępowania weryfikacji ofert, termin na składanie ofert jest podany w rozdz. XII SIWZ. Zamawiający udostępnił opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 b do SIWZ ze wskazaniem wymaganych parametrów technicznych urządzeń, a Wykonawca sam powinien zweryfikować czy oferowane przez Niego urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.



UNIwersytet Gdański

postępowanie nr A120-211-167/18/SS

		-10°C do -45°C, jednak o wymiarach 1705 x 655 x 865 mm (nieco mniejsze od wymaganych) W załączeniu przesyłam charakterystyki techniczne obu typów zamrażarek. Proszę o informację, czy oferta nasza wg poz 1 lub 2 będzie rozpatrywana.	
4	25.10.2018	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o szerokości 1660 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający nie wyraża zgody na mniejszą zamrażarkę ze względu na wielkość materiału, który potencjalnie może być w niej przechowywany (dorosła foka szara)
		Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności użytkowej 476 litrów? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający nie wyraża zgody na mniejszą zamrażarkę ze względu na wielkość materiału, który potencjalnie może być w niej przechowywany (dorosła foka szara)
		Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o zakresie temperatury mrożenia od -25°C do -45°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji załącznika nr 1b do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w tym zakresie.
		Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o szerokości 1700 mm z zachowaniem wymaganej pojemności użytkowej? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający nie wyraża zgody na mniejszą zamrażarkę ze względu na wielkość materiału, który potencjalnie może być w niej przechowywany (dorosła foka szara)
		Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o zakresie temperatury mrożenia od 0°C do -20°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamrażarki o zakresie temperatury mrożenia od 0°C do -20°C ponieważ nie dysponuje samochodem - mroźnią do przewożenia materiału biologicznego więc im niższa temperatura mrożenia tym więcej czasu pozostanie na przewiezienie materiału od miejsca przechowywania do Stacji Morskiej w Helu.
5	25.10.2018	(§ 8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO dostawy?	Zamawiający nie wyraża zgody.
		(§ 8 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO umowy?	Zamawiający nie wyraża zgody.
		(§ 1 ust. 1 pkt. 3) Czy Zamawiający wykreśli zapis: „ 200,00 zł za każdy przypadek ... ”?	Zamawiający nie wyraża zgody.



UNIwersytet GDAŃSKI

postępowanie nr A120-211-167/18/SS

		Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?	Zamawiający określił sposób porozumiewania w § 6 projektu umowy.
		Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych (głęb. x szer. x wys.) 84,8 x 243,8 x 102,9 cm ?	Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie rozmiarów zamrażarki, pod warunkiem, że spełni ona wszystkie pozostałe wymagania. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1b do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w tym zakresie.
6	31.10.2018	Czy Zamawiający dopuści do postępowania zamrażarkę skrzyniową o wymiarach 1690 x 785 x 1092 mm (szerokość x głębokość x wysokość) o zakresie temperatur -50 do -86 °C spełniającą wszystkie pozostałe parametry?	Zamawiający nie wyraża zgody na mniejszą zamrażarkę ze względu na wielkość materiału, który potencjalnie może być w niej przechowywany (dorosła foka szara)

Zakres zmian w załączniku nr 1b do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Było: „2. Szerokość mroźni od 1800mm do 2000mm

4. Wysokość mroźni: od 800mm do 1000mm

6. Minimalna temperatura mrożenia w zakresie: od -30°C do -20°C”

Obecnie jest: „2. Szerokość mroźni od 1800mm do 2500mm

4. Wysokość mroźni: od 800mm do 1050mm

6. Temperatura mrożenia niższa niż -20°C”

Zakres zmian w SIWZ:

1. **Było:** „termin składania ofert do **06.11.2018r. do godz.12:00**, otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.11.2018r. o godz. 12:30”.**

Obecnie jest: „termin składania ofert do **09.11.2018r. do godz.12:00**, otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.11.2018r. o godz. 12:30”**

Ponadto w związku z obwieszczeniem Marszałka sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16.10.2018r (poz. 1986) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wejściem w życie w dniu 18.10.2018r Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993), Zamawiający dokonuje zmian podstaw prawnych niektórych ustaw oraz poniżej wymienionych zapisów:

2. **Rozdz. VII**

Było: „9.Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące Wykonawcy oraz podwykonawców, muszą być składane w oryginale, podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy podwykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej.

10.Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 5



UNIwersytet Gdański

postępowanie nr A120-211-167/18/SS

i oświadczenia, o których mowa w pkt 9, muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca - zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej – w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, albo notariusz. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.”

Obecnie jest: „9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 4 i oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej – w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.”

3. Rozdz. XXI

Było: „4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.”

Obecnie jest: „4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

Zamawiający wprowadza zmodyfikowane dokumenty pod nazwą: **SIWZ z dnia 31.10.2018, załącznik nr 1b (opis przedmiotu zamówienia) z dnia 31.10.2018**, które zastępują pierwotną wersję tych dokumentów i są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr Sylwia Skabara