

L. dz. A120 -2124/18/RR

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-169/18/RR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Dostawa inkubatora CO2 do hodowli komórkowych dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego.**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	19.11.2018	<b><u>Pytanie 1 – dotyczy pkt. 5 opisu przedmiotu zamówienia.</u></b> Czy Zamawiający wymaga, aby moduł wytrząsający był elementem integralnym inkubatora niewymagającym demontażu na czas sterylizacji?	Tak, precyzuje to punkt 8 opisu przedmiotu zamówienia. Zarówno inkubator jak i wytrząsarka (jako jego integralną część) musi dać się sterylizować bez konieczności demontażu.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA  
Dział Zamówień Publicznych  
mgr Rafał Szepcecki