

L. dz. A120 -2004/18/RR

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-169/18/RR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa inkubatora CO2 do hodowli komórkowych dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	19.10.2018	Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie działające w temp. do 60stC?	Tak, wynika to z opisu przedmiotu zamówienia (pkt. 1) "Praca w temp. do 60stC" spełnia wymóg opisany w pkt. 1 załącznika nr 1a – opis przedmiotu zamówienia.
2	19.10.2018	Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o poj. 179l?	Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o poj. 179l. Wynika to z ograniczonej ilości przestrzeni oraz ewentualnego zwiększonego zużycia gazu (w przypadku większej pojemności) niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych
mgr Rafał Rzepecki