

Uniwersytet Gdański  
ul. Jana Bażyńskiego 8  
80 – 309 Gdańsk  
L.dz. A120-...../19/AK

Gdańsk, dnia 01.03..... roku

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-4/19/AK na „Dostawa nanospektrofotometru dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	15.02.2019	<p>dot. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SIWZ)</p> <p>Czy Zamawiający uzna jako równoważne urządzenie o następujących parametrach:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Urządzenie do pomiaru DNA, RNA i białek w mikro objętościach;</li><li>2. Objętość próbki potrzebnej do pomiaru – 1÷2 µL;</li><li>3. Zakres długości fal: 260nm i 280 nm;</li><li>4. Urządzenie z ekranem;</li><li>5. Waga – &lt;1 kg;</li><li>6. Zakres stężeń – od 4 ng/ µL (dsDNA) do 1500 ng/ µL (dsDNA).</li></ol> <p>Z zamieszczonego w załączniku nr 1a opisu wynika, że Zamawiający poszukuje aparatu do pomiarów DNA, RNA i białek i nie wymaga szerokiego zakresu długości fali. Punktowe pomiary przy długości fali 260 nm oraz 280 nm są w zupełności wystarczające do pomiarów DNA, RNA i białek w mikro objętościach w zakresach stężeń wyspecyfikowanych przez Zamawiającego oraz wystarczają do obliczania współczynnika czystości 260/280.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.</p>

postępowanie nr A120-211-4/19/AK

2	20.02.2019	<p><u>dot. § 6 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ)</u></p> <p>Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 6 ust. 6 Wzoru umowy na następującą:</p> <p>„W przypadku trzykrotnej awarii <u>tego samego elementu</u> aparatury Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub aparatury, w terminie nie dłuższym niż <u>wynikający z § 2*</u>, na nową wolną od wad, tego samego typu i o tych samych - lub gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych”.</p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Wykonawca prosi o dostosowanie zapisu odnośnie wymiany do standardowych warunków gwarancji oraz uwzględnienie terminu wymiany, który będzie pozwalał na należyte wywiązanie się z tego obowiązku bez negatywnych konsekwencji związanych z ewentualnym nieterminowym wykonywaniem tego postanowienia umowy.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
---	------------	--	-------------------------------

**Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 03.04.2019 r. do godz. 11:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2019r. o godz. 11:30.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

STARSZY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych

*Ingr. Stanisław Król*