

L. dz. A120 – 495/19/RR

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-28/19/RR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA SPEKTROFOTOMETRU VIS DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH Z WYPOSAŻENIEM DLA KATEDRY BIOCHEMII OGÓLNEJ I MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	01.04.2019r.	Czy Zamawiający dopuści do postępowania spektrofotometr VIS z możliwością badania próbek w prostopadłościennych kuwetach o drodze optycznej 10-50mm?	Zamawiający nie wyraża zgody.
2	01.04.2019	Czy Zamawiający dopuści do postępowania spektrofotometr VIS z szerokością pasma spektralnego 5 nm.	Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Rafał Rzepecki