

postępowanie nr A120-211-34/19/JZ – pytania i odpowiedzi

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
L.dz. A120-640/19/JZ

Gdańsk, 26.04.2019r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-34/19/JZ na Dostawa automatycznej płuczki do mikropłytek dla Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania:	Odpowiedź Zamawiającego
1	16.04.2019r.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie płuczki z pamięcią wewnętrzną na 20 programów przemywania definiowanych przez Użytkownika? Płuczka ma możliwość podłączenia do zewnętrznej stacji sterującej, dzięki czemu można zapisywać ponad 70 programów?	Zamawiający wyraża zgodę.
2	16.04.2019r.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie płuczki z dokładnością odsysania 1,8 µl oraz objętości płukania w zakresie 50 - 3000 µl? Płuczka ma możliwość zasysania płynu z 2 punktów w dołku oraz niezależnej aspiracji i niezależnego dozowania.	Zamawiający wyraża zgodę.
3	16.04.2019r.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie płuczki z możliwością doposażenia o głowicę 16 – kanałową?	Zamawiający wyraża zgodę.

postępowanie nr A120-211-34/19/JZ – pytania i odpowiedzi

4	16.04.2019r.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie płuczki z opisaną w instrukcji obsługi procedurą dekontaminacji?	Zamawiający wyraża zgodę.
5	16.04.2019r.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie systemu minimalnym krokiem rozdzielanego buforu – 50 mikrolitrów/dołek? Oferowany zakres jest wystarczający do wykonania wszystkich standardowych, dostępnych na rynku testów ELISA.	Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

UZ
SAMODZIELNY REFERENT
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Joanna Zaboklicka