

Uniwersytet Gdański  
ul. Jana Bażyńskiego 8  
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 01.08.2019 roku

L. dz. A120 – 1181 /19/AK

## DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-16/4d1.1/19/AK na:

**Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej dla Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Gdańskiego**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	30.07.2019	<b>Załącznik nr 2 – Formularz przedmiotowy, pkt. 5</b> Czy Zamawiający dopuszcza instrument o zakresie pomiaru przewodności od 0,01 mS/cm do 999,99 mS/cm ?	Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2	30.07.2019	<b>Załącznik nr 3 - Projekt umowy</b> Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 0,1%?	Zamawiający nie wyraża zgody.
3	30.07.2019	<b>Załącznik nr 3 - Projekt umowy</b> Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu reakcji serwisu do 5 dni roboczych?	Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający wprowadza następujące zmiany w załączniku nr 2 do Ogłoszenia – formularzu przedmiotowym:

Pozycja I pkt 5 załącznika nr 2 do Ogłoszenia:

**było:**

„Pomiar przewodności w minimalnym zakresie od 1 uSm do 999mS/cm”

**zapis zostaje zmieniony na:**

„Pomiar przewodności w minimalnym zakresie od 0,01 mS/cm do 999mS/cm”

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:

Rozdział VI, pkt 10, str. 5 Ogłoszenia, tekst w obramowaniu:

**było:**

„(...) nie otwierać przed dniem 07.08.2019r. godz.: 10:30.”

**zapis zostaje zmieniony na:**

„(...) nie otwierać przed dniem **13**...08.2019r. godz.: 10:30.”

Rozdział VII, pkt 1 i 6, str. 6 Ogłoszenia:

**było:**

„Oferty należy składać (...) w terminie do 07.08.2019 roku do godz. 10:00.”

„Otwarcie ofert nastąpi (...) dnia 07.08.2019 roku o godz. 10:30.”

**zapis zostaje zmieniony na:**

„Oferty należy składać (...) w terminie do **13**...08.2019 roku do godz. 10:00.”

„Otwarcie ofert nastąpi (...) dnia **13**...08.2019 roku o godz. 10:30.”

Pozostałe zapisy Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki pozostają bez zmian.

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający wprowadza:

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki po modyfikacji z dnia **01**...08.2019r.,

Załącznik nr 2 – formularz przedmiotowy po modyfikacji z dnia **01**...08.2019r.,

które zastępują pierwotne dokumenty.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Z poważaniem

**PROREKTOR**  
ds. Studenckich



dr hab. Arnold Kłoczyński  
profesor nadzwyczajny