

L. dz. A120 – 1512/19/BW

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-22/4d1.1/19/BW na:

Dostawa inkubatora CO₂ dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	07.10.2019	Czy Zamawiający dopuści inkubator ze sterylizacją gorącym powietrzem w trybie wilgotnym w temp. +95°C oraz w trybie suchym w temp. +145°C ?	Ze względu na specyfikę i charakter prac naukowo badawczych nad cytostatykami i ludzkimi liniami nowotworowymi Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Samodzielny referent
Dział Zamówień Publicznych


mgr inż. Barbara Wróblewska