



Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 29.10.2019 roku

L. dz. A120 – 1604/19/AK

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-23/4d1.1/19/AK na:

**Dostawa wyparki rotacyjnej z membranową pompą próżniową
dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego**

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	25.10.2019	Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego zapisu „Wymagana pojemność kolby wyparnej w standardzie nie mniej niż 4 l”. Zamawiający wymaga dostarczenia wyparki wraz z kolbą wyparną o pojemności 1 l i jako wyposażenie dodatkowe kolbę destylacyjną o pojemności 1000 i 2000 ml. Nie ma natomiast zapisu o konieczności dostarczenia wraz z wyparką kolby wyparnej o pojemności 4 l. Z związku z powyższym czy Zamawiający wymaga dostarczenia kolby wyparnej o pojemności 4 litrów? Jeśli nie proszę o wykreślenie powyższego zapisu.	Przedmiotem postępowania jest dostawa, kompletnego i gotowego do pracy urządzenia. Zamawiający w punkcie 5 załącznika nr 2 do Ogłoszenia wskazał wymaganą pojemność kolby wyparnej w standardzie, przyjmując, że standard odnosi się do podstawowego wyposażenia urządzenia. W związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że wymaga dostawy kolby wyparnej opisanej w punkcie 5 załącznika nr 2 do Ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT
ds. zamówień publicznych


mgr Aneta Kawala