

Opis przedmiotu zamówienia

Po modyfikacji z dnia 02.12.2019r.

**Dostawa transiluminatorów dla Wydziału Biologii Uniwersytetu
Gdańskiego według części:**

I część: dostawa transiluminatora ze światłem LED

Wymagane minimalne parametry techniczne:

1. transiluminator ze źródłem światła w postaci matrycy diod LED o wysokiej intensywności świecenia,
2. transiluminator ze światłem niebieskim lub niebieskim i zielonym; długość fali LED od 470-530 nm,
3. wymiary powierzchni roboczej co najmniej 16x20 cm,
4. umożliwiające wizualizację DNA/RNA i dające najlepsze efekty z zastosowaniem barwników GEL RED, SimplySafe, Midori Green bez wpływu na czułość,
5. wymiary obudowy co najmniej 34 x 27 x 8-5 cm,
6. nieszkodliwy dla skóry i oczu,
7. dłuższy czas życia lamp;

Wyposażenie:

1. osłona ochronna - filtr bursztynowy,
2. 1 para gogli ochronnych.

Minimalny czas trwania gwarancji 24 miesiące.