

L. dz. A120 - 1887/19/AK

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-140/19/AK na:


Jednorazowa dostawa urządzeń laboratoryjnych do wyposażenia Laboratorium Molekularnego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego według części I-III.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez Wykonawców:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	29.11.2019	W nawiązaniu do w/w postępowania zwracam się z pytaniem dotyczącym części 1: Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę wraz z wirnikiem, który osiąga maksymalne RCF 21158 xg, spełniającą pozostałe parametry techniczne??	Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
2	02.12.2019	Zwracam się z pytaniem do treści SIWZ w postępowaniu nr A120-211-140/19/AK; Jednorazowa dostawa urządzeń laboratoryjnych do wyposażenia Laboratorium Molekularnego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego według części I-III; część I: wirówka laboratoryjna bez chłodzenia – 1 szt. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki z komorą wykonaną z anodowanego aluminium, zapewniającego taką samą trwałość i odporność na korozję jak stal nierdzewna?	Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
3	02.12.2019	Zwracam się z pytaniem do treści SIWZ w postępowaniu nr A120-211-140/19/AK; Jednorazowa dostawa urządzeń laboratoryjnych do wyposażenia Laboratorium Molekularnego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego według części I-III; część I: wirówka laboratoryjna bez chłodzenia – 1 szt. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki z funkcją ustawienia 9 profili przyspieszania i 10 profili hamowania zamiast funkcji delikatnego startu i zatrzymania?	Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Samodzielny referent
Dział Zamówień Publicznych

mgr inż. Barbara Wróblewska