

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 20.12.2019 roku

L. dz. A120 – 1942/19/AK

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-151/19/AK na:

Dostawa aparatów do elektroforezy poziomej w żelu agarozowym z wyposażeniem dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez Wykonawców:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	16.12.2019	Dotyczy: Aparat do elektroforezy poziomej w żelu agarozowym (duży rozmiar żelu) pkt 4 W większości aparatów do elektroforezy o wymiarach 15 x 15 cm nie da się umieścić tacek o wymiarach 15 x 20 cm i 15 x 25cm. Aparaty te są kompatybilne z tackami mniejszymi 15 x 10 oraz 15x 7cm. Prosimy Zamawiającego o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia.	Zapisy dotyczące wymiarów tacek są poprawne. Szerokość tacki jest stała, zmienia się jedynie jej długość, co w przypadku aparatu o odpowiedniej długości pozwala na umieszczenie w nim tacek o różnych długościach.
2	16.12.2019	Dotyczy: Aparat do elektroforezy poziomej w żelu agarozowym (duży rozmiar żelu) pkt 4 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy możliwość doposażenia aparatów w inne akcesoria (grzebień, tacki) musi zostać uwzględniona w cenie oferty?	Możliwość doposażenia aparatów w inne akcesoria (grzebień, tacki) nie musi zostać uwzględniona w cenie oferty. Zaproponowane aparaty muszą mieć możliwość doposażenia w dodatkowe akcesoria, a to doposażenie musi być w ofercie producenta (punkt 4 opisu) – to znaczy, że zamawiający, w razie potrzeby, może dowolnie wybrać potrzebny mu element i go kupić. Cena musi uwzględniać akcesoria wymienione jedynie w opisie (punkt 1 i 2)
3	16.12.2019	Dotyczy: wzór umowy § 8 ust. 3 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: „W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 i 5, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10%	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

		wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1. (...)	
4	16.12.2019	Dotyczy: wzór umowy § 8 ust. 2 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: „W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1”.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Samodzielny referent
Dział Zamówień Publicznych



mgr inż. Barbara Wróblewska