

Gdańsk, dnia 15.01.2020 r.

L.dz. A120-86/20/MK

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-160/19/MK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę systemu do wizualizacji i przechowywania zdjęć żeli i błotów dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art.38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu spełniającego wszystkie parametry, lecz bez funkcji wizualizacji obrazu w 3D w trakcie podglądu na żywo i po wykonaniu zdjęcia?</p> <p>Parametr ten w większy sposób nie wpływa na funkcjonalność oraz jakość zdjęć żeli. Daje jedynie inną formę podglądu przed i po wykonaniu zdjęcia.</p> <p>Pozostawienie tego wymogu w formie opisanej przez Zamawiającego wskazuje na urządzenie jednego wykonawcy. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy pzp, jest to złamanie zasady uczciwej konkurencji poprzez ograniczenie możliwości złożenia oferty przez wykonawców posiadających w swojej ofercie urządzenia o zbliżonych parametrach. Zamawiający, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy pzp, ma obowiązek przygotowania i prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sprzętu z oprogramowaniem bez funkcji wizualizacji obrazu w 3D w trakcie podglądu na żywo i po wykonaniu zdjęcia. Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz treść załączników nr 1 i 1a do SIWZ w tym zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 15.01.2020 r.”</p>

W zawiązku z odpowiedziami na pytania Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt 2 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje o zmianach zawarte są w dokumencie „Zmiana treści SIWZ z dnia 15.01.2020 r.

Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 5 lutego 2020 r. do godz.11:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2020 r. o godz. 11:30.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Paulina Jędrzejczyk