

Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

L. dz. A120-1934/19/MR

Gdańsk, dnia 19.12.2019 roku.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr **A120-211-156/19/MR** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wirówki z chłodzeniem dla Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 17.12.2019r. pod numerem 2019/S 243-596549.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1a do SIWZ w zakresie udzielonej odpowiedzi.

L.p.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	Czy w załączniku 1a w opisie Wirówki z chłodzeniem nie doszło omyłkowo do omyłki pisarskiej w zapisie „Zakres ustawianej temperatury w zakresie <u>od min. - 10°C do - 40°C</u> ”.	Tak, wystąpiła omyłka pisarska. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1a do SIWZ w poniższym zakresie: Było: Zakres ustawianej temperatury w zakresie od min. -10°C do - 40°C”. Ma być: Zakres ustawianej temperatury w zakresie od min. -10°C do 40°C”.

Załączony do niniejszego pisma dokument jest obowiązujący do prawidłowo złożonej oferty. Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,


Sekretarz Komisji Przetargowej
mgr Magdalena Pietruszewska

Załączniki:

1. Załącznik nr 1a do SIWZ po modyfikacji z dnia 19.12.2019r.