

Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

L. dz. A120-1959/19/MR

Gdańsk, dnia 30.12.2019 roku.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**


Dotyczy: postępowania nr **A120-211-156/19/MR** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wirówki z chłodzeniem dla Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 17.12.2019r. pod numerem 2019/S 243-596549.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania.

L.p.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	<p>Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez zapis w pkt.14: „Musi posiadać automatyczny system zmiany rotorów”.</p> <p>Czy ma to być zdecydowanie ułatwiający obsługę automatyczny zamek zatrzaskowy niewymagający przykręcania i odkręcania rotorów?</p>	<p>Zamawiający nie precyzował konkretnych wymagań jaka forma automatycznego systemu zmiany rotorów będzie dla niego najkorzystniejsza. Istotnym dla Zamawiającego jest fakt, aby ta zmiana była zautomatyzowana, nie wymagająca ingerencji pracownika laboratorium. Czy to będzie zmiana poprzez automatyczny zamek zatrzaskowy czy inne rozwiązanie dla Zamawiającego nie ma to znaczenia. W związku z tym Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie przy pomocy automatycznego zamka zatrzaskowego nie wymagającego przykręcania i odkręcania rotorów.</p>

Wszystkie warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,


Sekretarz Komisji Przetargowej
mgr Magdalena Pietruszewska