



50-lecie
Uniwersytetu
Gdańskiego

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Gdańskiego

Postępowanie nr A120-211-28/4d1.1/19/ER

Gdańsk, dnia 02.01.20.

L.dz. A120-6/20/ER

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania z dziedziny nauki nr A120-211-28/4d1.1/19/ER na: dostawę wirówki z chłodzeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z regulacją prędkości od 500 rpm, z większą niż wymagane prędkością maksymalną 16 000 rpm?	Zamawiający, wyjaśnia, że ze względu na specyfikę procesów badawczych niezbędnych do realizacji projektu naukowego Zamawiający nie wyraża zgody.
2.	Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju rotora do wirówki wymaga Zamawiający (kątowego czy z wychylnymi kosztami)?	Zamawiający, wyjaśnia, że wymaga rotora kątowego. Tym samym Zamawiający doprecyzowuje treść załącznika nr 2 - do Ogłoszenia w tym zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści Załącznika nr 2 do Ogłoszenia”
3.	Czy zamawiający wymaga zaoferowania wirówki o kompaktowej budowie, w której agregat chłodzący umieszczony jest z tyłu urządzenia?	Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania i nie ujmował go w opisie.
4.	Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wirówki o możliwie najniższym poborze energii elektrycznej, nie przekraczającym 900 W?	Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania i nie ujmował go w opisie.
5.	Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganego wirnika do probówek stożkowych 15/50ml poprzez podanie minimalnych parametrów jak prędkość i przyspieszenie. Zamawiający wymaga maks. RCF z użyciem rotora stałokąowego – co najmniej 19 000 x g. Czy ten parametr dotyczy wymaganego wirnika dla probówek stożkowych 15/50ml? Jeżeli nie, to proszę o doprecyzowanie na jakie probówki ma być ten wirnik poprzez podanie ich wymiarów i pojemności oraz czy ten wirnik jest wymagany do dostarczenia z wirówką.	Tak, ten parametr dotyczy wymaganego wirnika dla probówek stożkowych 15/50ml. Zamawiający wymaga dostarczenia wirnika.



50-lecie
Uniwersytetu
Gdańskiego

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Gdańskiego

Postępowanie nr A120-211-28/4d1.1/19/ER

6.	Zamawiający wymaga maks. RCF z użyciem rotora z wychylnymi koszami – co najmniej 3000 x g. Proszę o doprecyzowanie na jakie próbówki ma być ten wirnik poprzez podanie ich wymiarów, pojemności, ilości do wirowania oraz czy ten wirnik jest wymagany do dostarczenia z wirówką.	Zamawiający nie wymaga dostarczenia powyższego wirnika, biorąc pod uwagę zmienność kierunków badań Zamawiający nie wyklucza dokupienia w/w wirnika i w zależności od rodzaju badań skonkretyzuje parametry. Dokonując opisu w ten sposób Zamawiający sygnalizuje potencjalnym wykonawcom jakie dodatkowe elementy wyposażenie może nabyć w przyszłości aby prowadzić prace badawcze.
7.	Zamawiający wymaga maks. RCF z użyciem rotora do płytek - co najmniej 2000 x g. Proszę o doprecyzowanie czy ten wirnik jest wymagany do dostarczenia z wirówką.	Zamawiający nie wymaga dostarczenia powyższego wirnika, uzasadnienie jak wyżej.

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Informacje o zmianach zawarte są w dokumencie „Zmiana Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 02.01.2020 r.

Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 10.01.2020 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2020 r. o godz. 12:30.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr Magdalena Pietruszewska

SAMODZIELNY REFERENT
ds. zamówień publicznych

Ewa Rola