

postępowanie nr A120-211-25/4d1.1/19/ZZ –pytania i odpowiedzi II zestaw

Uniwersytet Gdański  
ul. Jana Bażyńskiego 8  
80-309 Gdańsk  
L.dz. A120-...../20/ZZ

Gdańsk dnia 08.01.2020r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Z DZIEDZINY NAUKI  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW II ZESTAW**

Dotyczy postępowania nr A120-211-25/4d1.1/19/ZZ na: Dostawę wirówki z chłodzeniem z trzema rotorami dla Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania do opisu przedmiotu zamówienia	Odpowiedź Zamawiającego
1.	03.01.2020r.	Dotyczy pkt. 30 - załącznika nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Czy zamawiający ma na myśli rotor FA-45-30-11? Zgodnie z wiedzą wykonawcy, rotor o nazwie FA-30-11 nie istnieje.	Tak Zamawiającemu chodzi o <b>rotor FA-45-30-11</b> . W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki
<b>Uwaga: w związku z modyfikacją szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: Nowy termin składania ofert do 16.01.2020r. do godz.12:00 Nowy termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 16.01.2020r. o godz. 12:30</b>			

Z poważaniem  
Sekretarz Komisji Przetargowej

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
Zbigniew Zdorski