

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa aparatury dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego według części:

IV część: dostawa dwóch inkubatorów

Wymagane minimalne parametry techniczne:

- 1) Grawitacyjny obieg powietrza,
- 2) Zakres temperatury pracy od 5°C powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 75°C,
- 3) Konstrukcja z zaokrąglonymi narożnikami,
- 4) Alarm przegrzania,
- 5) Sterowanie mikroprocesorowe,
- 6) Port dostępu do przeprowadzenia dodatkowych kabli i sond temperaturowych,
- 7) Wewnętrzne szklane drzwi,
- 8) Jednorodność temperaturowa nie gorsza niż 0,6°C,
- 9) Pojemność 115-120 litrów,
- 10) Możliwość ustawienia ciepłarki jednej na drugiej,
- 11) 2 półki z możliwością umieszczenia do 10 półek w ciepłarce,
- 12) Obciążenie półki co najmniej 2 kg,
- 13) Wymiary zewnętrzne nie większe niż: wysokość 820 mm, głębokość 570 mm, szerokość 650 mm,
- 14) Panel sterowania z dużym czytelnym wyświetlaczem umieszczony na drzwiach,
- 15) Możliwość ustawienia czasu włączenia oraz wyłączenia się inkubatora,
- 16) Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej,
- 17) Minimalny czas trwania gwarancji 24 miesiące.

Dodatkowy parametr techniczny (kryterium, rozdział XIV SIWZ):

- 1) Port RS232.