

## Postępowanie nr A120-211-172/19/MK

L.dz. J710-232-20-MKGdańsk, dnia 10.02.2020 r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  
zestaw nr 1**

**Dotyczy:** postępowania nr A120-211-172/19/MK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę komory laminarnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory laminarnej wyposażonej w jeden wentylator gwarantujący prawidłowe parametry przepływu powietrza laminarnego w komorze, obsługujący zarówno filtr główny jak i filtr wylotowy, spełniającą normę bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN EN 12469:2000 dla komór II klasy, z certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium badawcze np.: PHE lub TÜV, potwierdzającym prawidłową pracę komory i skuteczność tych rozwiązań?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz treść załącznika nr 1a do SIWZ w tym zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia <u>10</u> .02.2020 r.”
2.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory laminarnej z lampą UV zamontowaną na tylnej ścianie w podsufitowej części obszaru roboczego komory z programatorem czasu umieszczonym w panelu sterownika komory z wyświetlaczem wszystkich parametrów pracy, umieszczonym centralnie na ścianie zewnętrznej nad głową operatora?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz treść załącznika nr 1a do SIWZ w tym zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia <u>10</u> .02.2020 r.”
3.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w lampę UV zainstalowaną w innym niż opisane miejscu w taki sposób, aby wewnątrz komory było równomiernie oświetlone. Umieszczenie lampy UV nie ma żadnego praktycznego wpływu na pracę z urządzeniem.	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz treść załącznika nr 1a do SIWZ w tym zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia <u>10</u> .02.2020 r.”

ZAMÓWIENIE NR A120-211-172/19/MK

Data: 10.02.2020 r.

## Postępowanie nr A120-211-172/19/MK

4.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w podstawę (stelaż) o stałej wysokości oraz dodatkowo krzesło robocze o regulowanej wysokości i regulowanym kącie oparcia z podnóżkiem oraz podłokietnikami pozwalające na komfortową i ergonomiczną pracę przy komputerze.	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz treść załącznika nr 1a do SIWZ w tym zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia <u>10</u> ...02.2020 r.”
----	--	---

W zawiązku z odpowiedziami na pytania Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 i 4a pkt 2 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje o zmianach zawarte są w dokumencie „Zmiana treści SIWZ z dnia 10...02.2020 r.

**Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 27 lutego 2020 r. do godz.11:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 11:30.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

STARSZY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych

  
mgr Paulina Jędrzejczyk

SAMODZIANY REFERENT  
Dział Zamówień Publicznych

  
mgr Marta Kujawska-Nowik