

Postępowanie nr A120-211-172/19/MK

Gdańsk, dnia 10.02.2020 r.

L.dz. J710.233.20.MK

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania nr A120-211-172/19/MK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę komory laminarnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

1. Zamawiający dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1a do SIWZ - Wymagane minimalne parametry techniczne, w następujący sposób:

1) w pkt 3.

było:

komora musi być wyposażona w dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy;

zapis zostaje zmieniony na:

komora musi gwarantować prawidłowe parametry przepływu powietrza laminarnego w komorze zapewniające ochronę mikrobiologiczną próby jak i operatora;

2) w pkt 11.

było:

lampa UV z programatorem czasu musi być zainstalowana w części przedniej komory: komora musi być wyposażona w dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy;

zapis zostaje zmieniony na:

lampa UV musi umożliwiać sterylizację całego wnętrza komory;

3) w pkt 13.

było:

komora musi być wyposażona w własną podstawę, stelaż o wysokości przynajmniej w zakresie od 75 do 95 cm, regulacja przynajmniej co 5 cm.

zapis zostaje zmieniony na:

komora musi być wyposażona we własną podstawę i umożliwiać regulację wysokości

Postępowanie nr A120-211-172/19/MK

pracy komory lub operatora w zakresie od min 75 cm do min 90cm;

4) Zostaje dodany pkt 11a.

Dodane zapisy brzmią:

możliwość programowania lampy UV;

2. Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w treści SIWZ polegającej na przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W rozdziale XII SIWZ:

1) W pkt 1:

było:

Oferty należy składać w terminie **do dnia 18.02.2020 r. do godz. 11:00.**

zapis zostaje zmieniony na:

Oferty należy składać w terminie **do dnia 27.02.2020 r. do godz. 11:00.**

2) W pkt 3:

było:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 18.02.2020 r. o godz. 11:30** w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 112, I piętro.

zapisy zostają zmienione na:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 27.02.2020 r. o godz. 11:30** w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 112, I piętro.

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający wprowadza zmodyfikowane:

- 1) SIWZ o nazwie „SIWZ z dnia **10**. 02. 2020 r.”, która zastępuje dotychczasową SIWZ;
- 2) Opis przedmiotu zamówienia o nazwie „Załącznik nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia **10**. 02.2020 r.”, który zastępuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem


PROREKTOR
ds. Nauki
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki:

1. SIWZ z dnia **10**. 02. 2020 r.
2. Załącznik nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.