

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 26.02.2020r.

L. dz. J710.291.939.2020.RR

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr J711.291.7.20.RR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Gdańskiego według części:

I – Meble laboratoryjne oraz dygestorium.

II- Szafy bezpieczeństwa.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	24.02.2020	Dotyczy: „Wielofunkcyjna szafa bezpieczeństwa na chemikalia z podziałem na przedziały z wentylacją” Czy zamawiający dopuści szafę wentylowaną z jednymi przeszklonymi drzwiami dwuskrzydłowymi wyposażone w bezpieczne szyby z hartowanego szkła zamykane na zamek bez wydzielonych zamykanych przedziałów, ale wyposażone w 3 półki z rantem zapobiegającym wydostaniu się cieczy na inne poziomy?	Zamawiający <u>nie dopuszcza</u> szafy wentylowanej z jednymi przeszklonymi drzwiami dwuskrzydłowymi wyposażonej w bezpieczne szyby z hartowanego szkła zamykanej na zamek bez wydzielonych zamykanych przedziałów.
2	24.02.2020	Dotyczy: „Szafa bezpieczeństwa na chemikalia ogólne z wentylacją” Czy zamawiający dopuści szafę wentylowaną z przeszklonymi drzwiami dwuskrzydłowymi wyposażone w bezpieczne szyby z hartowanego szkła zamykane na zamek?	Zamawiający <u>nie dopuszcza</u> szafy wentylowanej z jednymi przeszklonymi drzwiami dwuskrzydłowymi wyposażonej w bezpieczne szyby z hartowanego szkła zamykanej na zamek.

Z poważaniem

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych
mgr Rafał Rzepecki

