



Gdańsk, dnia 24.03.2020 r.

L.dz. J710.980.2020.PJ

**Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

**zestaw nr 1**

**Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.17.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 09.03.2020 r., Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania
1.	Czy Zamawiający uzna jako ofertę równoważną zamrażarkę o korzystniejszych parametrach czyli o zakresie pracy -55°C do -90°C? Biorąc pod uwagę iż standardowo zamrażarki niskotemperaturowe przeznaczone są do przechowywania materiału w zakresie temperaturowym od -70°C do -90 °C zwiększenie dolnego zakresu z wymaganych -86 °C do -90 °C jest korzystniejsze dla Zamawiającego. Zmiana górnego zakresu pracy z -50 °C na -55°C nie ma tutaj żadnego znaczenia gdyż w tym zakresie temperaturowym nie przechowuje się materiału przeznaczonego do zamrażarek niskotemperaturowych. Akceptacja parametrów korzystniejszych niż podstawowe wymogi opisu przedmiotu zamówienia stoi w interesie Zamawiającego zgodnie z prawem zamówień publicznych a także zwiększa konkurencyjność postępowania. Jeżeli nie proszę o argumentację oraz określenie dlaczego i jaki rodzaj materiału Zamawiający zamierza przechowywać w zakresie -50°C do -55°C.
	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki o proponowanych parametrach czyli o zakresie temperatury pracy -55°C do -90°C. Tym samym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (pkt 2) w tym zakresie - zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 24.03.2020 r.”
2.	<b>Treść pytania</b>
	Czy Zamawiający uzna jako ofertę równoważną zamrażarkę o pojemności 690 litrów przy wymiarach zewnętrznych: 875x970x2000 mm (szer x gł x wys) oraz wewnętrznych 630x752x1436 mm (szer x gł x wys)? Proponowane parametry zamrażarki są korzystniejsze dla Zamawiającego gdyż przy nie wiele różniących się wymiarach zewnętrznych niż podane w opisie Zamawiający otrzymuje ponad 120 litrów dodatkowej pojemności użytkowej. Akceptacja proponowanych wymiarów zwiększy konkurencyjność postępowania. Jeżeli nie proszę o argumentację.
	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wymiarów. Zamrażarka o proponowanych wymiarach jest zbyt głęboka. Wymagana przez Zamawiającego głębokość związana jest z uwarunkowaniami lokalowymi Zamawiającego. Większa głębokość	



*Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.17.2020.PJ*

	zamrażarki uniemożliwi swobodne otwieranie drzwi i operowanie w dedykowanej zamrażarkom przestrzeni w budynku Zamawiającego.
3.	<b>Treść pytania</b>
	Czy Zamawiający uzna jako ofertę równoważną zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych: 895x998x1980 mm (szer x gł x wys) oraz wewnętrznych 600x716x1310 mm (szer x gł x wys)? Proponowane parametry zamrażarki są korzystniejsze dla Zamawiającego gdyż przy nie wiele różniących się wymiarach zewnętrznych niż podane w opisie Zamawiający otrzymuje dodatkowe 8 litrów pojemności użytkowej. Akceptacja proponowanych wymiarów zwiększy konkurencyjność postępowania. Jeżeli nie proszę o argumentację.
	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wymiarów. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.
4.	<b>Treść pytania</b>
	Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z izolacją typu VIP wykorzystującą oprócz pianki poliuretanowej także panele próżniowe, jest to rozwiązanie korzystniejsze i nowocześniejsze pozwalające na bardziej stabilną pracę i utrzymywanie temperatury zadanej przy zmniejszeniu wymiarów zewnętrznych urządzenia. Jeżeli nie proszę o argumentację.
	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamrażarki z izolacją typu VIP wykorzystującą oprócz pianki poliuretanowej także panele próżniowe.
5.	<b>Treść pytania</b>
	Czy Zamawiający uzna za równoważną zamrażarkę z podziałem na 4 sekcje wewnętrzne co jest standardem w u większości renomowanych światowych producentów i pozwoli na złożenie oferty większej ilości Wykonawców co zwiększy konkurencyjność postępowania i jest korzystne dla Zamawiającego? Jeżeli nie proszę o argumentację.
	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
	Zamawiający nie wyraża zgody proponowaną zmianę. Wymaganie podziału na 5 sekcji wewnętrznych podyktowane jest potrzebami Zamawiającego, związanymi z 5 działaniami projektowymi, dla których dedykowany jest zakup zamrażarki.
6.	<b>Treść pytania</b>
	Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z podgrzewanymi uszczelkami drzwi jako że jest to parametr lepszy/korzystniejszy, pozwala na łatwiejsze otwieranie drzwi a także znaczne zmniejszenie ryzyka szronienia i przymarzania uszczelki drzwi co chroni je przed uszkodzeniem. Jeżeli nie proszę o argumentację.
	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki z podgrzewanymi uszczelkami drzwi. Tym samym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (pkt 10) w tym zakresie - zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 24.03.2020 r.”



*Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.17.2020.PJ*

7.	<b>Treść pytania</b>
	Czy zamawiający Wymagając i dodatkowo punktując układ chłodzący złożony z dwóch kompresorów wymaga by pracowały one niezależnie tak by zamrażarka w przypadku awarii jednego z nich umożliwiała pracę w -80st C działając tylko na 1 kompresorze do czasu przyjazdu autoryzowanego serwisu ?
	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
	Zamawiający nie wymaga.
8.	<b>Treść pytania</b>
	Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z mechanicznym zamknięciem drzwi wewnętrznych co gwarantuje ich precyzyjne domykanie nawet w przypadku nagromadzenia się lodu we wnętrzu komory mroźniczej i jest parametrem korzystniejszym ? Jeżeli nie proszę o argumentację.
	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki z mechanicznym zamknięciem drzwi wewnętrznych. Tym samym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (pkt 9) w tym zakresie - zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 24.03.2020 r.”
9.	<b>Treść pytania</b>
	Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z dużym dotykowym ekranem LCD umieszczonym na drzwiach co pozwala na łatwiejszą kontrolę i ustawianie parametrów niż w przypadku zwykłego ekranu LED i jest parametrem wyższym/korzystniejszym dla Zamawiającego? Jeżeli nie proszę o argumentację.
	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
	Zamawiający nie dopuszcza. Z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego wynika, że ekran LED jest istotnie trwalszy przy długoterminowym użytkowaniu. Ponadto ekran dotykowy nie działa w przypadku używania dłoni w rękawiczkach, których stosowanie jest bezwzględnym wymogiem w laboratorium Zamawiającego.
10.	<b>Treść pytania</b>
	Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z portem wyrównywania ciśnień umieszczonym w ścianie bocznej zamiast na drzwiach frontowych ? Jako że port ma działać automatycznie, jego umiejscowienie nie ma wpływu na użyteczność czy wygodę eksploatacji a proponowane rozwiązanie jest w pełni równoważne. Jeżeli nie proszę o argumentację.
	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki z portem odpowietrzającym umieszczonym na ścianie bocznej. Tym samym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (pkt 11) w tym zakresie - zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 24.03.2020 r.”
11.	<b>Treść pytania</b>
	Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę która przy pojemności 690 litrów posiada zużycie energii 12,5kWh w cyklu dobowym ? Jest to parametr korzystniejszy dla Zamawiającego gdyż pozwala przechowywać niższym nakładem energii 120 litrów więcej materiału ( 21% więcej) przy różnicy zaledwie 2kWh w cyklu dobowym co przekłada się na koszt większy jedynie ok 1,1 zł dziennie (stawka średnia na dzień 9.03.2020 wynosi 0,55 zł za 1kWh). Jeżeli nie, proszę o argumentację.



*Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.17.2020.PJ*

	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki, której pobór mocy wynosi nie więcej niż 12,5 kWh/dzień. Tym samym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (pkt 24) w tym zakresie - zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 24.03.2020 r.”
12.	<b>Treść pytania</b>
	Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę która przy pojemności 578 litrów posiada zużycie energii 11Wh w cyklu dobowym ? Jest to parametr korzystniejszy dla Zamawiającego gdyż pozwala przechowywać 8 litrów więcej materiału (21% więcej) przy różnicy zaledwie 0,5 kWh w cyklu dobowym co przekłada się na koszt większy jedynie ok 0,27 zł dziennie (stawka średnia na dzień 9.03.2020 wynosi 0,55 zł za 1kWh). Jeżeli nie, proszę o argumentację.
	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
	Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.
13.	<b>Treść pytania</b>
	Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę o wadze 325kg ? Waga urządzenia nie wpływa na jego pracę, eksploatację oraz użyteczność a bardzo często wykonanie urządzenia z wyższej jakości podzespołów tj. stal nierdzewna zamiast tworzyw sztucznych powoduje zwiększenie jego wagi. Jeżeli nie proszę o argumentację oraz przedstawienie dokumentacji potwierdzającej brak możliwości zakupu urządzenia o takiej wadze w tym dokumentacji dot. nośności stropów.
	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
	Patrz odpowiedź na pytanie nr 14.
14.	<b>Treść pytania</b>
	Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę o wadze do 330kg ? Waga urządzenia nie wpływa na jego pracę, eksploatację oraz użyteczność a bardzo często wykonanie urządzenia z wyższej jakości podzespołów tj. stal nierdzewna zamiast tworzyw sztucznych powoduje zwiększenie jego wagi. Jeżeli nie proszę o argumentację oraz przedstawienie dokumentacji potwierdzającej brak możliwości zakupu urządzenia o takiej wadze w tym dokumentacji dot. nośności stropów.
	<b>Odpowiedź Zamawiającego</b>
	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki, o wadze bez akcesoriów nieprzekraczającej 330 kg. Tym samym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (pkt 25) w tym zakresie - zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 24.03.2020 r.”

**W związku z odpowiedziami na pytania, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje o zmianach zawarte są w dokumencie „Zmiana treści SIWZ z dnia 24.03.2020”.**

**Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 09.04.2020 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2020 r. o godz. 12:30.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

STARSZY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr Paulina Jędrzejczyk