



Zmiana treści SIWZ - postępowanie nr J711.291.1.17.2020.PJ

Gdańsk, dnia 24.03.2020 r.

L.dz. J710.980.2020.PJ

**Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.17.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

Zamawiający informuje, iż zmiana jest następująca:

1. W Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SIWZ):

1) w pkt 2:

było:

Zakres temperatury pracy od -50°C do -86°C, nastawianie temperatury z dokładnością co 1°C

zapis zostaje zmieniony na:

Zakres temperatury pracy **co najmniej** od -50°C do -86°C, nastawianie temperatury z dokładnością co 1°C

2) w pkt 9:

było:

Zamknięcie magnetyczne drzwi wewnętrznych

zapis zostaje zmieniony na:

Zamknięcie magnetyczne **lub mechaniczne** drzwi wewnętrznych

3) w pkt 10:

było:

Szerokie, płaskie i nieprzymarzające uszczelki bez systemu podgrzewania

zapis zostaje zmieniony na:

Szerokie, płaskie i nieprzymarzające uszczelki

4) w pkt 11:

było:

Duży panel kontrolny, zawierający wyświetlacz temperatury i alarmów typu LED, port odpowietrzający, klawiaturę oraz lampki wskaźnikowe umieszczone na drzwiach frontowych na wysokości wzroku operatora

zapis zostaje zmieniony na:

Duży panel kontrolny, zawierający wyświetlacz temperatury i alarmów typu LED, klawiatura oraz lampki wskaźnikowe umieszczone na drzwiach frontowych na wysokości wzroku operatora, **port odpowietrzający umieszczony na drzwiach frontowych lub ścianie bocznej**

5) w pkt 24:

było:

Pobór mocy nie więcej niż 10.5 kWh/dzień

zapis zostaje zmieniony na:

Pobór mocy nie więcej niż **12,5** kWh/dzień



Zmiana treści SIWZ - postępowanie nr J711.291.1.17.2020.PJ

6) w pkt 25:

było:

Waga bez akcesoriów nie więcej niż 270 kg

zapis zostaje zmieniony na:

Waga bez akcesoriów nie więcej niż **330** kg

2. W SIWZ:

1) w rozdz. XII pkt 1:

było:

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.03.2020 r. do godz. 12:00

zapis zostaje zmieniony na:

Oferty należy składać w terminie do dnia **09.04.2020 r.** do godz. 12:00

2) w rozdz. XII pkt

było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2020 r. o godz. 12:30, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 116, I piętro

zapis zostaje zmieniony na:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.04.2020 r.** o godz. 12:30, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 116, I piętro

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający wprowadza zmodyfikowane:

- 1) Załącznik nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia o nazwie „Załącznik nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 24.03.2020”, który zastępuje dotychczasowy Załącznik nr 1a do SIWZ,**
- 2) SIWZ o nazwie „SIWZ z dnia 24.03.2020”, która zastępuje dotychczasową SIWZ.**

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 24.03.2020
2. SIWZ z dnia 24.03.2020