

Uniwersytet Gdański  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Jana Bażyńskiego 8  
80-309 Gdańsk

L. dz. J710. 894 .2020.MP

Gdańsk, dnia 04.03.2020 roku.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr **J711.291.1.10.2020.MP** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę liofilizatora próżniowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 25.02.2020r. pod numerem 2020/S 039-091949.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1a do SIWZ w zakresie udzielonej odpowiedzi.

L.p.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	Czy Zamawiający dopuści liofilizator bez możliwości ustawienia okresów pracy pompy próżniowej między wymianami oleju, który spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Proponowane urządzenie posiada licznik godzin pracy pompy wskazujący na zużycie oleju. Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis w pozycji II tabeli, pkt 9 załącznika 1a do SIWZ tj. <b>Było:</b> Musi umożliwiać ustawienie okresów pracy pompy próżniowej między wymianami oleju <b>Ma być:</b> Musi umożliwiać odczyt czasu pracy pompy  <b>Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ w załączeniu.</b>

**Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące do prawidłowo złożonej oferty. Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

**SPECJALISTA**  
ds. zamówień publicznych  
*mgr Magdalena Pietruszewska*

Załączniki:

1. Załącznik nr 1a do SIWZ po modyfikacji z dnia 04.03.2020r.