

L. dz. J710.1031.2020.MB

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.2.2020.MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa dla Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego wg części:

Część I - dostawa systemu do szybkiego transferu białek;

Część II - dostawa czytnika mikroplitek.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	31.03.2020	<p><u>Pytania dotyczą przedmiotu zamówienia cz. II</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czytnika płytek pozwalającego na odczyt absorbancji w minimalnym zakresie 230-999 nm (punkt 1)? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czytnika płytek o precyzji fotometrycznej <0,5%, przy 2 OD (punkt 1d)? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czytnika płytek o czułości mierzonej w trybie z góry dla fluoresceiny w płytce 96-dołkowej 2.5 pmol (po rozbudowie o moduł filtrowy 0.25 pmol) (punkt 2c)? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czytnika płytek o zakresie dynamicznym pomiaru luminescencji^{10⁶} (punkt 3d)? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czytnika płytek z możliwością umiejscowienia na zewnątrz czytnika podwójnego dozownika odczynników o martwej objętości poniżej 100 ul, bez funkcji detekcji przepełnienia cieczy w dołku (punkt 10)? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czytnika płytek, gdzie rozbudowa o kolejne moduły wykonywana jest w serwisie, a Wykonawca zajmuje się całą logistyką urządzenia? 	<p>Dotyczy części II</p> <p>Ad. 1 Tak. Zamawiający zmieni zakres na 230-999 nm. Zmiana zostanie uwzględniona w modyfikacji załącznika 1a cz. II</p> <p>Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody</p> <p>Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody</p> <p>Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody</p> <p>Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody</p> <p>Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody</p> <p>Zamawiający dokonuje zmianę w opisie przedmiotu zamówienia i zastępuje dotychczasowy załącznik nr 1a_II do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do cz. II, na nowy załącznik o nazwie „załącznik nr 1a_II do SIWZ, modyfikacja z 09.04.2020r. – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do cz. II”. Zmieniona treść jest w pkt 1 (zaznaczone kolorem czerwonym).</p>
2	31.03.2020	<p><u>Pytanie dotyczy wzoru umowy cz. II</u></p> <p>Zamawiający przewidział iż:</p> <p style="text-align: center;">§ 8</p> <p style="text-align: center;">Kary umowne</p> <ol style="list-style-type: none"> Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości: <ol style="list-style-type: none"> 1% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, przekraczający termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku braku reakcji serwisu w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, 1% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przekraczający termin świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, 	<p>Dotyczy projektu umowy do części II</p> <p>Zamawiający dokona zmian w § 8 ust. 1: w pkt 1) na 0,5% w pkt 2) na 50,00 zł w pkt 3) na 0,5% natomiast w ust. 2 i 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych</p> <p>Zamawiający dokonuje zmianę w projekcie umowy do części II i zastępuje dotychczasowy załącznik nr 5 cz. II do SIWZ w paragrafie 8 ust. 1 pkt 1) do 3), wprowadzony zostaje nowy załącznik – załącznik nr 5 cz. II do SIWZ, modyfikacja z 09.04.2020r. – projekt umowy. Zmieniona treść jest w paragrafie 8 ust. 1 pkt 1) do 3) (zaznaczone kolorem czerwonym).</p>

		<p>o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 i 5, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 30% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. Zapłata kary umownej za odstąpienie od umowy nie wyłącza zapłaty kar, o których mowa w ust. 1.</p> <p>3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 40% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.</p> <p>Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na :</p> <p style="text-align: center;">§ 8</p> <p style="text-align: center;">Kary umowne</p> <p>2. Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:</p> <p>4) 0,5% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, przekraczający termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2,</p> <p>5) 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku braku reakcji serwisu w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1,</p> <p>6) 0,5% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przekraczający termin świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 6.</p> <p>4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 i 5, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. Zapłata kary umownej za odstąpienie od umowy nie wyłącza zapłaty kar, o których mowa w ust. 1.</p> <p>5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.</p>	
3	06.04.2020	<p>Dotyczy części II</p> <p>Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie urządzenia wyposażonego w port USB przeznaczony wyłącznie do komunikacji/przesyłania danych do zewnętrznego komputera sterującego. (punkt 15 załącznika nr 1a).</p> <p>Zamawiający w punkcie 16 dopuszcza dostarczenie czytnika wraz z komputerem przenośnym do sterowania czytnikiem. W oferowanym przez nas urządzeniu wyniki pomiaru zapisywane będą w pamięci komputera sterującego z którego będą mogły być w szybki sposób przesłane do innych użytkowników za pomocą sieci LAN lub będą mogły być zapisane na przenośnej pamięci zewnętrznej za pomocą portu USB komputera sterującego. Dodatkowo możliwość instalowania programu sterującego na wielu komputerach (nielimitowana liczba), pozwala na przyjęcie każdego użytkownika do czytnika z własnym komputerem przenośnym i wykonanie pomiarów.</p>	<p>Dotyczy części II</p> <p>Tak, Zamawiający dopuszcza.</p>

UWAGA – zmianie ulga termin składania ofert na dzień 24.04.2020r. godzina 11:00, otwarcie ofert 24.04.2020r. godzina 12:00

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji przetargowej
mgr Marek Bocian