

Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

L. dz. J710.1110.2020.MR

Gdańsk, dnia 11.05.2020 roku.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr **J711.291.1.12.2020.MR** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
CZĘŚĆ I - DOSTAWA KONCENTRATORA PRÓŻNIOWEGO.
CZĘŚĆ II- DOSTAWA INKUBATORA Z WYTRZĄSIANIEM I CHŁODZENIEM.
DLA KATEDRY BIOTECHNOLOGII MOLEKULARNEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO.
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 21.04.2020 roku
pod nr 2020/S 078-183736.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	<p>Dotyczy wzoru umowy - kary umowne Czy ze względu na obecną sytuację epidemiczną Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych za opóźnienie w dostawie i naprawach serwisowych do 0,2% za dzień opóźnienia ?</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar.</p>
2	<p>Dotyczy pakietu II - punkt t) Pytanie 2 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany inkubator posiadał możliwość ustawiania jeden na drugi. Zgodnie z wiedzą Wykonawcy Inkubator o parametrach technicznych wskazanych przez Zamawiającego do ustawienia jeden na drugi wymaga użycia specjalnego zestawu do ustawiania piętrowego. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty taki zestaw, czy wymaga jedynie aby Inkubator posiadał wyłącznie możliwość użycia takiego zestawu ?</p>	<p>Zamawiający nie wymaga dostarczenia statywu umożliwiającego ustawiania inkubatora jeden na drugim.</p>

Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej,
Małgorzata Redzik

