

L. dz. J710.291.1399.2020.RR

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr J711.291.46.20.RR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę urządzenia do namnażania kultur drobnoustrojów dla Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	15.07.2020	Pytanie 1 Czy Zamawiający uzna za wystarczające przekazanie wraz z dostawą dokumentów dotyczących podłączenia urządzenia do prądu, kwestii związanych z bezpieczeństwem użytkownika, danych dotyczących napięcia, zużycia prądu, dopuszczalnej częstotliwości, poboru mocy?	Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy i wykreśla podpunkty b) i c) z paragrafu 6 ust. 2) oraz wprowadza załącznik nr 5 po modyfikacji nr 1, który zastępuje dotychczasowy załącznik nr 5 do SIWZ.
2	15.07.2020	Dotyczy wzoru umowy – kary umowne Pytanie 2 Czy ze względu na utrudniony ruch graniczny spowodowany sytuacją epidemiczną w kraju Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 0,2% za każdy dzień opóźnienia?	Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy w zakresie kar umownych (paragraf 8) oraz wprowadza załącznik nr 5 po modyfikacji nr 1, który zastępuje dotychczasowy załącznik nr 5 do SIWZ
3	15.07.2020	Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- pkt 22 Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuści inkubator, którego waga bez wyposażenia wynosi 121 kg?	Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1a w zakresie parametrów i wprowadza załącznik nr 1a po modyfikacji 1, który zastępuje dotychczasowy załącznik nr 1a.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Rafał Rzepecki