



*Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.68.2020.PJ*

Gdańsk, dnia 16.07.2020 r.

L.dz. J710.1378.2020.PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  
zestaw nr 1**

**Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.68.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy dopuszczają Państwo obroty w zakresie od 300 do 1500 obr./min przy spełnieniu pozostałych wymagań?	Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający będzie prowadzić badania, w których próbki muszą być mieszane z prędkością od min 50 obr./min.

**Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 06.08.2020 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2020 r. o godz. 12:30.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr Paulina Jędrzejczyk