



*Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.68.2020.PJ*

Gdańsk, dnia 22.07.2020 r.

L.dz. J710.1423.2020.PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  
zestaw nr 2**

**Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.68.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z grzaniem o zakresie prędkości 100-1100 obr./min?	Zamawiający nie wyraża zgody
2.	Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z grzaniem o mocy 20 W?	Zamawiający nie wyraża zgody
3.	Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z grzaniem analogowe, bez wyświetlacza temperatury?	Zamawiający nie wyraża zgody
4.	Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne czterostanowiskowe z grzaniem, o mocy maksymalnej 32 W dla każdego stanowiska jednocześnie bez wyświetlacza temperatury, spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?	Zamawiający nie wyraża zgody

**Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 06.08.2020 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2020 r. o godz. 12:30.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

W.Z.

STARCZYK  
Dz. zamówień publicznych

mgr Sławomir Kosiński

**Projekt „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**