



Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa cieplarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Wymagane minimalne parametry techniczne:

1. Zakres temperatury nie gorszy niż w zakresie od 60 do 220°C;
2. Naturalny obieg powietrza;
3. Pojemność min.28 litrów;
4. Regulowana kłapa wylotu powietrza;
5. Hydrauliczno-mechaniczny termostat;
6. Zegar sterujący w zakresie od min1 do min. 120 minut;
7. W wyposażeniu minimum dwie druciane, chemoodporne półki;
8. Antypoślizgowe nóżki urządzenia.

Zastosowanie:

Do prac laboratoryjnych i dydaktycznych.