

Gdańsk, dnia 25.09.2020 r.

L.dz. J710.1758.2020.MK

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.99.2020.MK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę wirówkowego koncentratora próżniowego o kompaktowej budowie dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 1**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	W punkcie 9. Specyfikacji technicznej Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie uzyskiwało podciśnienie w komorze co najmniej 20 mbar, natomiast w SIWZ w pkt. XIV , 3) punktuje dodatkowo posiadanie parametru A : poziom próżni uzyskiwany przez pompę w komorze - mniejszy niż 10 mbar oraz od 10 do 19 mbar – co wskazywałoby na to, że spełnianie parametru, który powoduje odrzucenie oferty jest zarazem dodatkowo punktowane. Prosimy o wyjaśnienie sposobu punktacji parametru technicznego A.	Zamawiający przekazuje informacje, iż w urządzeniu będącym przedmiotem postępowania wyższy poziom próżni a zarazem niższe ciśnienie (podciśnienie) dają lepsze rezultaty w ewaporacji rozpuszczalników. W skrócie im niższe podciśnienie tym wyższa wydajność. Intencją zamawiającego było premiowanie jak największej próżni, czyli jak najniższego podciśnienia. Stąd też zastosowany zapis w kalkulacji parametru technicznego A w punkcie 1 ppkt 3 rozdz, XIV SIWZ Zamawiający rozumie jednak, że zastosowany sposób zapisu ww. parametru może budzić wątpliwości, w związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz treść załącznika nr 1a do SIWZ w tym zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 25.09.2020 r.”

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt 2 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje o zmianach zawarte są w dokumencie „Zmiana treści SIWZ z dnia09.2020 r.

Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 15.10.2020 r. do godz.11:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2020 r. o godz. 11:30.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr Paulina Lechocińska