

Gdańsk, dnia 25.09.2020 r.

L.dz. J710.1759.2020.MK

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.99.2020.MK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę wirówkowego koncentratora próżniowego o kompaktowej budowie dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

1. Zamawiający dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1a do SIWZ w następujący sposób:

było:

9. Uzyskiwane podciśnienie w komorze co najmniej 20 mbar.

zapis zostaje zmieniony na:

9. **Uzyskiwanie próżni w komorze (mbar): wartość nie większa niż 20 mbar, może być mniej niż 20 mbar.**

2. Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w treści SIWZ polegającej na modyfikacji kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty .

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W rozdziale XIV SIWZ:

1) W pkt 1 ppkt 3):

było:

3) Parametr techniczny A: poziom próżni uzyskiwany przez pompę w komorze - 20 % wagi.

Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę parametru technicznego A wskazanego w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.

Informacja o zaoferowaniu przedziału wartości ww. parametru technicznego musi zostać wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) poprzez zaznaczenie jednego z trzech wariantów do wyboru.

Brak zaznaczenia jednego z podanych wariantów lub jednoczesne zaznaczenie kilku wariantów razem w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ, będzie traktowane jako niezgodność oferty z SIWZ i będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Punkty za kryterium „parametr techniczny A” zostaną przyznane według wzoru:

A = A1, albo A2, albo A3

gdzie:

A - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „parametr techniczny A”,
 A1, A2, A3 – punkty za poszczególne warianty „parametru technicznego A”, przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

Parametr techniczny A: poziom próżni uzyskiwany przez pompę w komorze	Punkty
A1 – mniejszy niż 10 mbar	20
A2 – od 10 do 19 mbar	10
A3 – od 20 mbar i więcej	0

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium „Parametr techniczny A” wynosi 20 pkt.

zapis zostaje zmieniony na:

3) Parametr techniczny A: poziom próżni uzyskiwany przez pompę w komorze - 20 % wagi.

Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę parametru technicznego A wskazanego w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.

Informacja o zaoferowaniu przedziału wartości ww. parametru technicznego musi zostać wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) poprzez zaznaczenie jednego z trzech wariantów do wyboru.

Brak zaznaczenia jednego z podanych wariantów lub jednoczesne zaznaczenie kilku wariantów razem w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ, będzie traktowane jako niezgodność oferty z SIWZ i będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Punkty za kryterium „parametr techniczny A” zostaną przyznane według wzoru:

$A = A1, \text{ albo } A2, \text{ albo } A3$

gdzie:

A - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „parametr techniczny A”,

A1, A2, A3 – punkty za poszczególne warianty „parametru technicznego A”, przyznane zgodnie

z poniższą tabelą:

Parametr techniczny A: poziom próżni uzyskiwany przez pompę w komorze	Punkty
A1 – mniejszy niż 10 mbar	20
A2 – od 10 do 15 mbar	10
A3 – od 16- do 20 mbar	0

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium „Parametr techniczny A” wynosi 20 pkt.

3. Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w treści SIWZ polegającej na przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
W rozdziale XII SIWZ:

1) W pkt 1:

było:

Oferty należy składać w terminie **do dnia 12.10.2020 r. do godz. 11:00.**

zapis zostaje zmieniony na:

Oferty należy składać w terminie **do dnia 15.10.2020 r. do godz. 11:00.**

2) W pkt 3:

było:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 12.10.2020 r. o godz. 11:30** w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 112, I piętro.

zapisy zostają zmienione na:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 15.10.2020 r. o godz. 11:30** w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 112, I piętro.

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający wprowadza zmodyfikowane:

- 1) SIWZ o nazwie „SIWZ z dnia 25. 09. 2020 r.”, która zastępuje dotychczasową SIWZ;
- 2) Opis przedmiotu zamówienia o nazwie „Załącznik nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 25. 09.2020 r.”, który zastępuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PROREKTOR
ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Arnold Klonczyński
profesor nadzwyczajny

Załączniki:

1. SIWZ z dnia 25. 09. 2020 r.
2. Załącznik nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

