



50-lecie  
Uniwersytetu  
Gdańskiego

Dział Zamówień Publicznych

Uniwersytetu Gdańskiego

Postępowanie nr J711.291.1.116.2020.ER

Uniwersytet Gdański  
Dział Zamówień  
Publicznych  
ul. Jana Bażyńskiego 8  
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 22.10.2020 r.

L. dz. J710.1874.2020.ER

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  
zestaw nr 1**

**Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.116.2020.ER prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa analizatora termograwimetrycznego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	SIWZ:IV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, pkt . 1.3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy przyznanie 20 pkt za możliwość podłączenia posiadanego przez Zamawiającego spektrometru FT-IR IFS 66 Bruker jest jednoznaczny z fizycznym podłączeniem obydwu urządzeń ze sobą w trakcie procesu instalacji dostawy wraz z dostarczeniem niezbędnych do tego elementów?	Zamawiający przyznając dodatkowe punkty za możliwość podłączenia posiadanego przez Zamawiającego spektrometru FT-IR IFS 66 Bruker, rozumie fizyczną możliwość podłączenia obu urządzeń w trakcie procesu dostawy i instalacji wraz z dostarczeniem niezbędnych do tego elementów.

**Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT  
ds. zamówień publicznych

Ewa Rośl