



50-lecie
Uniwersytetu
Gdańskiego

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Gdańskiego

Korekta pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.2.10.2020.MG

Gdańsk, dnia 03.11.2020 r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

KOREKTA ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 02.11.2020r.

Dotyczy: postępowania nr J711.291.2.10.2020.MG na dostawę inkubatorów z wytrząsaniem dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, według części:
Część I. Dostawa inkubatora z wytrząsaniem z platformą z matami adhezyjnymi
Część II. Dostawa inkubatora z wytrząsaniem z platformą z koszykami na kolby



This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 852662)

Zamawiający dokonuje korekty udzielonej w dniu 02.11.2020r. odpowiedzi na pytanie nr 19. w poniższy sposób:

Było:

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
19.	<u>Pytania do przedmiotu zamówienia:</u> Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki o regulacji temperatury w zakresie od 20 °C poniżej temperatury otoczenia – (minimum 4°C) do 80°C z dokładnością kontroli temperatury w zakresie 30-40 °C wynoszącą 0,1°C, zaś w pozostałym zakresie temperatur, wynoszącą 0,5°C. Poza tym wytrząsarki spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry.	Nie, Zamawiający <u>nie wyraża</u> zgody.

Winno być:

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
19.	<u>Pytania do przedmiotu zamówienia:</u> Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki o regulacji temperatury w zakresie od 20 °C poniżej temperatury otoczenia – (minimum 4°C) do 80°C z dokładnością kontroli temperatury w zakresie 30-40 °C wynoszącą 0,1°C, zaś w pozostałym zakresie temperatur, wynoszącą 0,5°C. Poza tym wytrząsarki spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry.	Tak, Zamawiający <u>wyraża</u> zgodę.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Marta Grygiel

