



50-lecie
Uniwersytetu
Gdańskiego

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Gdańskiego

Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.2.10.2020.MG

Gdańsk, dnia 02.11.2020 r.

L.dz. J710...1915...2020.MG

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Dotyczy: postępowania nr J711.291.2.10.2020.MG na dostawę inkubatorów z wytrząsaniem dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, według części:

Część I. Dostawa inkubatora z wytrząsaniem z platformą z matami adhezyjnymi

Część II. Dostawa inkubatora z wytrząsaniem z platformą z koszykami na kolby



This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 852662)

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Część I: Inkubator z wytrząsaniem z platformą z matami adhezyjnymi – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z orbitą 25,4 mm?	Tak, Zamawiający <u>wyraża</u> zgodę.
2.	Część I: Inkubator z wytrząsaniem z platformą z matami adhezyjnymi – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z regulacją wytrząsania w zakresie 30-400 rpm (30-250 rpm przy trzech urządzeniach ustawionych piętrowo)?	Nie, Zamawiający <u>nie wyraża</u> zgody. Proces badawczy wymaga możliwości utrzymania bardzo niskich wartości prędkości mieszania.
3.	Część I: Inkubator z wytrząsaniem z platformą z matami adhezyjnymi – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z wysuwaną platformą wewnętrzną o wymiarach: 52 x 75,5 cm?	Tak, Zamawiający <u>wyraża</u> zgodę.
4.	Część II: Inkubator z wytrząsaniem z platformą z koszykami na kolby – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z orbitą 25,4 mm?	Tak, Zamawiający <u>wyraża</u> zgodę.
5.	Część II: Inkubator z wytrząsaniem z platformą z koszykami na kolby – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z regulacją wytrząsania w zakresie 30-400 rpm (30-250 rpm przy trzech urządzeniach ustawionych piętrowo)?	Nie, Zamawiający <u>nie wyraża</u> zgody. Proces badawczy wymaga możliwości utrzymania bardzo niskich wartości prędkości mieszania.



Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.2.10.2020.MG

6.	Część II: Inkubator z wytrząsaniem z platformą z koszykami na kolby – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z wysuwaną platformą wewnętrzną o wymiarach: 52 x 75,5 cm	Tak, Zamawiający <u>wyraża</u> zgodę.
7.	Pytania do umowy: (§ 8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy? Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Dlatego też zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.	Zamawiający <u>nie wyraża</u> zgody na naliczanie kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy.
8.	Pytania do umowy: (§ 8 ust. 1 pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?	Zamawiający <u>nie wyraża</u> zgody na zmniejszenie naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy.
9.	Pytania do umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?	Zamawiający <u>nie wyraża</u> zgody na dodanie do projektu umowy proponowanego zapisu. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zmiany postanowień umowy zostały szczegółowo opisane w § 10 projektu umowy.
10.	Pytania do umowy: Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: obecna sytuacja związana z koronawirusem, czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.	Zamawiający <u>nie wyraża</u> zgody na dodanie do projektu umowy proponowanego zapisu. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zmiany postanowień umowy zostały szczegółowo opisane w § 10 projektu umowy a zapisy dotyczące wystąpienia siły wyższej znajdują się w § 9 projektu umowy.
11.	Pytania do umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia: Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których	Zamawiający <u>nie wyraża</u> zgody na dodanie do projektu umowy proponowanego zapisu. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zmiany postanowień umowy zostały szczegółowo opisane w § 10 projektu umowy



Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.2.10.2020.MG

	<p>działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.</p>	<p>a zapisy dotyczące wystąpienia siły wyższej znajdują się w § 9 projektu umowy.</p>
12.	<p><u>Pytania do umowy:</u></p> <p>Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej (specyfikacje produktu) w formie elektronicznej?</p>	<p>Zamawiający <u>nie dopuszcza</u> możliwości dostarczania dokumentacji produktowej (specyfikacje produktów) w formie elektronicznej.</p> <p>Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu wraz z ofertą (rozdział VI Ogłoszenia).</p>
13.	<p><u>Pytania do umowy:</u></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi</p>	<p>Zamawiający <u>nie wyraża</u> zgody.</p>



Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.2.10.2020.MG

	odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.	
14.	Pytania do przedmiotu zamówienia: Dotyczy Części 1 i Części 2: Czy zamawiający wyrazi zgodę na inkubator z wytrząsaniem o pojemności pozwalającej na umieszczenie w nich kolb Erlenmayera o pojemności maksymalnie 2L?	Nie, Zamawiający <u>nie</u> wyraża zgody. Standardowo w procesach badawczych hodowle prowadzone są w kolbach 5L.
15.	Pytania do przedmiotu zamówienia: Dotyczy Części 1 i Części 2: Czy zamawiający wyrazi zgodę na inkubator z wytrząsaniem ze średnicą orbity wytrząsania – 2,54 cm?	Tak, Zamawiający <u>wyraża</u> zgodę.
16.	Pytania do przedmiotu zamówienia: Dotyczy Części 1 i Części 2: Czy zamawiający wyrazi zgodę na inkubator z wytrząsaniem z regulacją temperatury w minimalnym zakresie od 10°C poniżej temperatury otoczenia do 60°C i dokładnością +/- 0,15°C ?	Nie, Zamawiający <u>nie</u> wyraża zgody.
17.	Pytania do przedmiotu zamówienia: Dotyczy Części 1 i Części 2: Czy zamawiający wyrazi zgodę na inkubator z wytrząsaniem o wymiarze platformy wewnętrznej: 45.7 cm x 74.9cm ?	Tak, Zamawiający <u>wyraża zgodę</u> pod warunkiem, że inkubator pomieści minimum 6 sztuk kolb o pojemności 5L.
18.	Pytania do przedmiotu zamówienia: Dotyczy Części 2: Czy zamawiający wyrazi zgodę na inkubator z wytrząsaniem z platformą wyposażoną w uchwyty do kolb stożkowych: 12 sztuk do kolb 2L?	Nie, Zamawiający <u>nie</u> wyraża zgody. Standardowo w procesach badawczych hodowle prowadzone są w kolbach 5L.
19.	Pytania do przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki o regulacji temperatury w zakresie od 20 °C poniżej temperatury otoczenia – (minimum 4°C) do 80°C z dokładnością kontroli temperatury w zakresie 30-40 °C wynoszącą 0,1°C, zaś w pozostałym zakresie temperatur, wynoszącą 0,5°C. Poza tym wytrząsarki spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry.	Nie, Zamawiający <u>nie</u> wyraża zgody.
20.	Czy zamawiający dopuści w postępowaniu: J711.291.2.10.2020 urządzenie niewyposażone w lampę UV?	Tak, Zamawiający <u>dopuszcza</u> zaoferowanie sprzętu nieposiadającego lampy UV. Wyposażenie sprzętu w bakteriobójczą lampę UV stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zgodnie z zapisami pkt. 1 ppkt. 3) rozdziału IX Ogłoszenia: „Wykonawca może, ale nie musi zaoferować sprzętu posiadającego dodatkowe wyposażenie – nie będzie to skutkowało uznaniem, iż oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, a jedynie posłuży do oceny oferty zgodnie z kryterium opisanym w niniejszym punkcie. W przypadku braku zaoferowania dodatkowego wyposażenia oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.”



Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.2.10.2020.MG

21.	Czy zamawiający dopuści w postępowaniu: J711.291.2.10.2020 urządzenie z okresem dostawy dłuższym niż 6 tygodni tj. do 10 tygodni od podpisania umowy ze względu na panującą pandemię Wirusa SARS-COV-2 oraz zbliżający się koniec roku?	Nie, Zamawiający <u>nie</u> wyraża zgody.
-----	---	---

Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin składania ofert do dnia **10.11.2020 r. do godz. 11:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.11.2020 r.** o godz. 11:30.**

W związku z odpowiedziami na pytania, Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki i tym samym wprowadza zmodyfikowane: Ogłoszenie o nazwie „Ogłoszenie z dnia 02.11.2020”, które zastępuje dotychczasowe Ogłoszenie.

Wprowadzony nowe dokument jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych


mgr Marta Grygiel