



50-lecie
Uniwersytetu
Gdańskiego

Dział Zamówień Publicznych

Uniwersytetu Gdańskiego

Postępowanie nr J711.291.2.12.2020.ER

Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień
Publicznych
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 02.11.2020 r.

L. dz. J710.1910.2020.ER

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr J711.291.2.12.2020.ER prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa termocyklera gradientowego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę termocyklera posiadającego funkcję gradientu temperatury z możliwością zaprogramowania gradientu w sześciu kolumnach (6 punktów temperaturowych w gradiencie) ?	Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga co najmniej 8 punktów temperaturowych w gradiencie.
2.	Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę termocyklera z blokiem o następującej jednorodności temperatury: 1. dla 55°C +/- 0.2°C po 15 s 2. dla 70°C +/- 0.3°C po 15 s 3. dla 95°C +/- 0.6°C po 15 s	Dla punktu 1 i 2 Zamawiający wyraża zgodę. Dla punktu 3 Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga homogeniczności bloku nie gorsza niż 0,4°C w 90/95°C).
3.	Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę termocyklera o wadze 15 kg?	Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga wagi maksymalnej 11 kg.
4.	Czy w związku z eskalacją sytuacji pandemicznej w całej Europie Zamawiający przychylił się do propozycji wydłużenia terminu dostawy termocyklera do końca marca 2021?	Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT
ds. zamówień publicznych