



50-lecie  
Uniwersytetu  
Gdańskiego

Dział Zamówień Publicznych

Uniwersytetu Gdańskiego

Postępowanie nr J711.291.2.12.2020.ER

Uniwersytet Gdański  
Dział Zamówień  
Publicznych  
ul. Jana Bażyńskiego 8  
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 06.11.2020 r.

L. dz. J710.1937.2020.ER

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  
zestaw nr 2**

**Dotyczy: postępowania nr J711.291.2.12.2020.ER prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa termocyklera gradientowego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Pytanie 1 dotyczy pkt 5 Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę oferującego termocykler bez możliwości wymiany bloku?	Zamawiający nie wyraża zgody.
2.	Pytanie 2 dotyczy pkt 11 Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę oferującego termocykler z rozpiętością temperaturową gradientu: 1-12°C?	Zamawiający nie wyraża zgody.
3.	Pytanie 3 dotyczy pkt 15 i 16 W pkt 15 Zamawiający podaje: Średnia szybkość ogrzewania/chłodzenia bloku nie gorsza niż 3°C/s" oraz niżej w pkt 16: „Szybkość schładzania bloku nie gorsza niż 2°C/s”. Czy zatem Zamawiający dopuści Wykonawcę, który proponuje termocykler o następujących parametrach: szybkość ogrzewania: 3°C/s, szybkość chłodzenia 2°C/s?	Zamawiający wyraża zgodę.

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT  
ds. zamówień publicznych