

Uniwersytet Gdański
Dział
Zamówień
Publicznych
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 14.01.2021 r.

L. dz. J710...56...2021.ER

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.144.2020.ER prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Zamawiający wymaga w punkcie 3 opisu przedmiotu zamówienia, aby wirówka miała „regulowany skok co 100 RPM”. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wirówka będzie posiadała dokładniejszy skok co 1 RPM wraz z możliwością regulacji obrotów - osobno rzędów jedności, setek oraz tysięcy?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dopuszcza urządzenie, które posiada dokładniejszy skok co 1 RPM wraz z możliwością regulacji obrotów - osobno rzędów jedności, setek oraz tysięcy. Tym samym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1a do SIWZ w tym zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści Załącznika nr 1a do SIWZ”.
2.	Czy Zamawiający dopuści wirówkę z sygnalizacją zakończenia pracy wirówki, bez możliwości automatycznego otwierania pokrywy?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie posiada możliwości automatycznego otwierania pokrywy. Tym samym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1a do SIWZ w tym zakresie –

		zgodnie z dokumentem „Zmiana treści Załącznika nr 1a do SIWZ”.
3.	Czy Zamawiający dopuści wirówkę z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD z podświetlenie?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dopuszcza urządzenie, które posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD z podświetlenie. Tym samym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1a do SIWZ w tym zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści Załącznika nr 1a do SIWZ”.
4.	Czy Zamawiający dopuści wirówkę z poziomym hałasem 60±2 dB(A)?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dopuszcza urządzenie z poziomym hałasem 60±2 dB(A). Tym samym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1a do SIWZ w tym zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści Załącznika nr 1a do SIWZ”.
5.	Czy Zamawiający dopuści rotor z RCF wynoszącym 2830 xg?	Zamawiający nie wyraża zgody. Niektóre procedury analityczne wymagają RCF bliskiego 3000 x g.

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt 2 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje o zmianach zawarte są w dokumencie „Zmiana treści SIWZ z dnia 14.01.2021r.”

Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 02.02.2021 r. do godz.11:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2021 r. o godz. 11:30.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji
Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT
ds. zamówień publicznych



Ewa Roła