

*Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.148.2020.PJ*

Gdańsk, dnia 19.01.2021 r.

L.dz. J710.76.2021.PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  
zestaw nr 1**

**Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.148.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa – 3 sztuki dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego.**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komór laminarnych wyposażonej w jeden wentylator gwarantujący prawidłowe parametry przepływu powietrza laminarnego w komorze, obsługujący zarówno filtr główny jak i filtr wylotowy, spełniającą normę bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN EN 12469:2000 dla komór II klasy?	Zamawiający nie dopuszcza.
2.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komór laminarnych o wymiarach: szerokość zewnętrzna 134 cm; głębokość obszaru pracy 58 cm; wysokość robocza 66 cm?	Zamawiający nie dopuszcza.
3.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komór laminarnych z własną podstawą na kółkach jezdnych umożliwiających bezproblemowe przestawienie komory o wysokości ok. 80 cm.?	Zamawiający nie dopuszcza.
4.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komór laminarnych wyposażonych w funkcję stand-by, czyli tryb oczekiwania na pracę, utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiana tylko automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej?	Zamawiający nie dopuszcza.
5.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komór laminarnych o zużyciu energii 308 W?	Zamawiający nie dopuszcza.
6.	Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 135,4 cm ?	Zamawiający nie dopuszcza.
7.	Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości roboczej wynoszącej 58 cm ?	Zamawiający nie dopuszcza.



*Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.148.2020.PJ*

8.	Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną posiadającą szybę frontową ustawioną pod kątem/skośnie (w zakresie: 10°) w stosunku do blatu roboczego ?	Zamawiający nie dopuszcza.
9.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do ośmiu tygodni ?	Zamawiający nie dopuszcza.

**Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 01.02.2021 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2021 r. o godz. 12:30.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
