

*Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.148.2020.PJ*

Gdańsk, dnia 26.01.2021 r.

L.dz. J710.102.2021.PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  
zestaw nr 2**

**Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.148.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa – 3 sztuki dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego.**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuści komorę z trzema wentylatorami?	Zamawiający dopuszcza komorę z trzema wentylatorami, pod warunkiem, że zostanie spełniony punkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SIWZ), tj. „Komora wyposażona w dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy”.
2.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie komory o szerokości 1105mm roboczej?	Zamawiający nie wyraża zgody.
3.	Czy Zamawiający dopuści komorę z podłokietnikiem o 3/4 długości komory? (przesuwny)?	Zamawiający nie dopuszcza.
4.	Czy Zamawiający dopuści komorę z 3 energooszczędnych wentylatorach zamiast dwóch?	Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 powyżej.

**Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 01.02.2021 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2021 r. o godz. 12:30.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GLÓWNY SPECJALISTA  
dz. zamówień publicznych  
*mgr Paulina Jędrzejczyk*